



RESOLUCION MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 2021/059.SUM.ABRSA.MC, DENOMINADO “SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS”.

Advertido, por la Jefa del Servicio de Prevención, error en el Pliego de Prescripciones Técnicas dentro del punto 3.2 Requisitos generales de las mascarillas quirúrgicas en el apartado Mascarillas quirúrgicas, página 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente número 2021/059.SUM.ABRSA.MC, tal y como figura en el documento “fe de erratas”, adjunto al expediente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se establece que “*las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos*”.

RESUELVO,

PRIMERO. – Autorizar la modificación del apartado Mascarillas quirúrgicas dentro del punto 3.2 Requisitos generales de las mascarillas quirúrgicas, página 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, correspondiente al expediente “Suministro de mascarillas quirúrgicas” en el siguiente sentido:

Donde figura la tabla:

Tabla I - Tipos de mascarillas quirúrgicas y sus requisitos de funcionalidad			
Ensayo	Tipo I	Tipo II	Tipo IIR
Eficacia de Filtración Bacteriana (EFB) en %	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Presión Diferencial (Pa) ^a	< 29,4	< 29,4	< 49,0
Presión de Resistencia a las Salpicaduras (kPa) ^b	No se precisa	No se precisa	≥16,0

^a La Presión Diferencial es un indicador de la “Respirabilidad” de la Mascarilla.

Se mide en Pascales (1 Pa = 9,806 mm de agua).

^b Las mascarillas quirúrgicas del Tipo IIR son resistentes a las salpicaduras. 1 kPa=1000 Pa

Debe figurar la tabla:



Tabla 1 - Requisitos de funcionamiento para las mascarillas quirúrgicas

Ensayo	Tipo I ^a	Tipo II	Tipo IIR
Eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Presión diferencial (Pa/cm ²)	< 40	< 40	< 60
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)	No requerido	No requerido	≥ 16,0
Limpieza microbiana (ufc/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

SEGUNDO. – Publicar el nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas.

TERCERO. - Abrir un nuevo plazo para la presentación de ofertas del 01/09/2021 al 15/09/2021.

CUARTO. - Notificar a los licitadores que han presentado oferta, para que ratifiquen la existente o presenten una nueva en el plazo indicado anteriormente.

EL GERENTE

- Miguel Ángel Sotelo Vázquez –

(Resolución del Rector de fecha 18 de marzo de 2019

BOCM 16 de abril de 2019)

Código